

## ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yoğun asit ve kimyasal alanlar için kullanılacak olan malzeme tamamen laboratuvar ortamı için üretilmiş olmalıdır.
- Bağlantı elemanları da dahil olmak üzere tamamı polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Çeker ocak içerisinde asit ve bazlardan etkilenmeyen PP malzemeden drenaj evyesi olmalıdır.
- Çeker ocak alt dolabı çeker ocak ile aynı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Amcaş Birleşik Katılımlı  
Uygunluk  
Mason